

ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
Панчево, Милоша Обреновића 2
Број: ЈНОП 01/19
Датум: 12.04.2019. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде за отворени поступак јавне набавке – Потрошни стоматолошки материјал, број ЈНОП 01/19

Наручилац је дана 09.04.2019. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везан за конкурсну документацију за отворени поступак јавне набавке – Потрошни стоматолошки материјал, број ЈНОП 01/19, које гласи:

„Poštovani,
Partija 3

1. Stavka 1-Cinkfosfatni cement-molimo da izmenite pakovanje obzirom da se Cegal N ne proizvodi,a takodje i vreme vezivanja. Na tržištu se nalaze materijali u pakovanju od 50 gr+30 gr sa vremenom vezivanja od 8 minuta. Molimo da proverite naše navode i u skladu sa time izmenite opis.
2. Stavka 2-molimo da pojasnite namenu ovog materijala,npr. za podloge, za ispune, za cementiranje, kao i da navedete veličinu pakovanja –uobičajeno je pakovanje od 15 gr+ 10 gr/ml, a za podloge postoje i veća pakovanja od 20 gr+10 grama. Molimo pojasnite i precizirajte.

Partija 5

3. Stavka 8-molimo da ovu stavku izbrišete ili izmestite iz partije u posebnu jer ne postoji registrovan materijal kao „jodoform pasta“. Postoji kalcijum hidroksidna pasta sa jodoformom koja je već zahtevana pod stavkom 1.

Partija 9

4. Stavka 2-obzirom da na tržištu postoje različiti materijali u bojama, molimo da iza traženih boja navedete i“ druge“ kako ne bi navodili sve moguće alternative od preko 12 boja. Takodje molimo da navedete da je u pitanju „Tečni kompozit za zalivanje fisura“ jer su takvi materijali i jedino registrovani.Trenutno ih ima registrovanih 2 vrste .
5. Stavka 4-pasta za direktno i indirektno prekrivanje pulpe-molimo dodajte i za „privremeno punjenje kanala korena“ obzirom da je većina kalcijum hidroksidnih materijala registrovana na ovaj način,a i sam Kalcipast,Galenika je imao takvu indikaciju.
6. Stavka 5-Kariofil Z se ne proizvodi. Molimo da izmenite pakovanje u min. 40 gr+12 gr
7. Stavka 9-Calcipulpe se ne uvozi pa molimo da korigujete pakovanje u „špric od min. 2 ml“.
8. Stavka 10-molimo da definišete veličinu materijala jer se može naći u dimenzijama od 8 ili 12 cm

Partija 11

9. stavka 4-šajbne papirne ovako opisane u pakovanju od 100 komada,nisu registrovane.Kako bi mogli da vam damo ponudu u skladu sa Zakonom, molimo precizirajte opisom neki od registrovanih materijala.Napominjem das vi ovi materijali imaju specijalne mandrele za kolenjak.
10. Stavka 12. Materijal je još uvek u postupku registracije, pa molimo da ga izmestite iz partije.
11. Stavka 14-molimo da materijal umesto u pakovanju izrazite u komadima.Ima ih više vrsta na tržištu.
12. Stavka 15-molimo da materijal izrazite u komadima jer traženo pakovanje nije registrovano,a ima različitih koji su trenutno registrovani.
13. Stavka 22-matrice dentalne tračne- molimo materijal izrazite u metrima,ima različitih pakovanja..

Partija 13

14. Stavka 1-Molimo da u pakovanju navedete od minimum”120 gr+60 gr” ili izrazite materijal u gramima..

Partija 26

15. Stavka 10-Karbidne freze-molimo da freze razdvojite po bojama i veličinama jer se cene razlikuju bez obzira na proizvođača.
16. Takodje molimo pojasnite koje uzorke želite u pomenutoj partiji pod brojem 10,14,15 i 16 obzirom da ima nekoliko materijala u sklopu svake stavke.

S poštovanjem,“

