

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Вакутејнер системи, број ЈНМВ 24/19

Наручилац је дана 01.04.2019. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везан за конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности - Вакутејнер системи, број ЈНМВ 24/19, које гласи:

Predmet: Захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности добара – Вакутејнер системи, ЈНМВ бр. 24/2019

Poštovani,

Molimo da nam u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama date dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za JNMV br. 24/2019:

1. За ставку 4 захтев Наручиоца је испорука епрувета за седиментацију описа VT седиментација у количини од 35.000 комада. Такође, ставком 14 захтевају се сталци за седиментацију, 2 комада. С обзиром да се ради о великој количини епрувета за седиментацију из чега проишљава да се дневно уради велики број ових анализа, у лабораторији ваше установе користи се аутоматски апарат за очитавање седиментације са 100 места, компатибилан са лабораторијским информационом системом „LIS“. Конкурсном документацијом није предвиђено да изабрани понуђач да наручиоцу на коришћење, без надокнаде, ту врсту апарата.

Molimo da pojasnite da li je potrebno ponuditi takav aparat obzirom da isti značajno unapređuje brzinu i kvalitet određivanja brzine sedimentacije, olakšava rad laboratorije a i praksa je da se koristi u vašoj ustanovi.

2. Ставка 7 описана је као „Mikroteineri sa KF+Na2EDTA 250µL“. **Molimo da u skladu sa članom 71 Zakona o javnim nabavkama omogućite da se za ovu stavku ponude mikroteineri koji su po nameni-funkciji identični kao opisani odnosno na suštinski jednak način ispunjavaju funkcionalni zahtev i takođe imaju sivi čep?**

Dodatno, na osnovu javno dostupnih podataka, ovim želimo da ukažemo na činjenicu da je tehnička specifikacija stavke 7 u suprotnosti sa članom 10 Zakona o javnim nabavkama i da je samo jedan ponuđač registrovao medicinsko sredstvo navedenog opisa u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (u daljem tekstu ALIMS). Kao dokaz navedenom, u prilogu

dostavljamo Obaveštenje ALIMS-a број _____ да само носилац уписа
има у понуди горе описано медицинско средство.

U očekivanju vaših odgovora, srdačno Vas pozdravljamo!

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:

1. Питање у вези ставке 4.: Да, потребно је понудити апарат са 60 места за аутоматско очитавање седиментације.

Комисија наручиоца сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога сачињава измену конкурсне документације за јавну набавку Вакутејнер системи, број ЈНМВ 24/19, коју ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.dzpancevo.org.

2. Питање у вези ставке 7.: Наручилац је Конкурсном документацијом за набавку медицинских средстава, одредио техничке карактеристике према својим стварним потребама.
У вези са констатацијом да за ставку 7. – Микротеинери са KF+Na₂EDTA 250 ul, да на тржишту постоји само један понуђач који може да понуди наведено добро, Наручилац је пре покретања поступка истражио тржиште и дошао до сазнања да не постоји понуђач са ексклузивним правом на територији Р. Србије, као и да постоји више понуђача који могу понудити предметно добро.
Напомињемо да су микротеинери са KF+Na₂EDTA неприкосновени када се одређују и глукоза и крвна слика.
Сходно томе, Наручилац остаје у свему према техничким карактеристикама из конкурсне документације.

**Комисија за спровођење поступка јавне набавке
мале вредности ЈНМВ 24/19**