

Наручилац	Дом здравља Панчево
Адреса	Милоша Обреновића 2
Место	Панчево
Број одлуке	ЈНМВ 46/19
Датум	12.11.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), директор Дома здравља Панчево из Панчева доноси:

О Д Л У К У

о додели уговора

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР:

Понуђачу Visor doo, Булевар маршала Толбухина 42, Београд, који је у поступку јавне набавке мале вредности Медицинска опрема, поднео понуду број 01-3324/19 од 06.11.2019.

Образложење:

Наручилац је дана 29.10.2019. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 46/19, за јавну набавку мале вредности Медицинска опрема. За наведену јавну набавку наручилац је, у складу са Законом, објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су три понуде. Неблаговремених понуда није било.

Јавно отварање понуда обављено је дана 07.11.2019. године са почетком у 09:00 сати, о чему је сачињен Записник о отварању понуда бр. ЈНМВ 46/19 од 07.11.2019. године.

Комисија за предметну јавну набавку се дана 08.11.2019. године састала да би извршила стручну оцену понуда.

Комисија је разматрајући понуду број 01-3324/19 од 06.11.2019. године понуђача Visor doo констатовала да је иста прихватљива у смислу Закона о јавним набавкама.

Комисија је разматрајући понуду број 01-3332/19 од 07.11.2019. године понуђача Engel d.o.o. констатовала да је иста неприхватљива јер понуђено добро не испуњава захтеве у следећим техничким карактеристикама:

- конкурсном документацијом наручилац је захтевао да понуђено добро има максималну брзину од 15300 обртаја у минуту док понуђено добро има максималну брзину од 15000 обртаја у минуту
- конкурсном документацијом наручилац је захтевао да понуђено добро има 10 кривих убрзавања И 10 кривих кочења док понуђена центрифуга има максимално 9 кривих убрзања и 9 кривих кочења
- конкурсном документацијом наручилац је захтевао да понуђено добро има округле носаче за адаптере док понуђена центрифуга има правоугаоне носаче за адаптере
- конкурсном документацијом наручилац је захтевао да понуђено добро мора бити предвиђено за епрувете за крв и урин максималних димензија P16 x 107 мм док је понуђено добро обележено у каталогу превиђено за епрувете максималних димензија P13 x 105 мм

Имајући у виду све напред констатовано и наведено, комисија је закључила да се предметна понуда одбија као неприхватљива на основу члана 107. став 1. ЗЈН-а, а у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.

Комисија је разматрајући понуду број 01-3335/19 од 07.11.2019. године понуђача Alfamed d.o.o. констатовала да је иста неприхватљива јер понуђено добро не испуњава захтеве у следећим техничким карактеристикама:

- конкурсном документацијом наручилац је захтевао да понуђено добро има 50 програма, док понуђена центрифуга има 6 што је незадовољавајуће за рад у лабораторији.
- конкурсном документацијом наручилац је захтевао да понуђено добро има 10 кривих убрзавања и 10 кривих кочења док понуђена центрифуга има 9 кривих убрзања и 10 кривих кочења
- конкурсном документацијом наручилац је захтевао да понуђено добро има максималну брзину од 15300 обртаја у минуту док понуђено добро има максималну брзину од 15200 обртаја у минуту
- конкурсном документацијом наручилац је захтевао да понуђено добро има максималну тежину до 50 кг, док понуђена центрифуга има 57,5 кг.

Имајући у виду све напред констатовано и наведено, комисија је закључила да се предметна понуда одбија као неприхватљива на основу члана 107. став 1. ЗЈН-а, а у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.

У извештају о стручној оцени понуда бр. ЈНМВ 46/19 од 08.11.2019. године, Комисија за јавну набавку је констатовала и следеће:

Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке	Медицинска опрема
Редни број јавне набавке	ЈНМВ 46/19
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	1.000.000,00 динара

Основни подаци о понуђачима:

Назив / име понуђача	
1.	Vicor doo, Булевар маршала Толбухина 42, Београд
2.	Engel d.o.o., Новака Радоњића 59, Нови Сад
3.	Alfamed d.o.o., Љубомира Стојановића 3, Београд

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена без ПДВ-а (у динарима)
01-3332/19 од 07.11.2019 . године	Engel d.o.o., Новака Радоњића 59, Нови Сад	Понуда се одбија као неприхватљива на основу члана 107. став 1. ЗЈН-а, а у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. Понуђено добро не одговара захтевима из техничке спецификације	318.600,00
01-3335/19 од 07.11.2019 . године	Alfamed d.o.o., Љубомира Стојановића 3, Београд	Понуда се одбија као неприхватљива на основу члана 107. став 1. ЗЈН-а, а у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. Понуђено добро не одговара захтевима из техничке спецификације	595.530,00

На основу критеријума “најнижа понуђена цена” , предвиђеног у Позиву за подношење понуда и у конкурсној документацији, извршено је следеће рангирање прихватљивих понуда:

Р. бр.	Назив Понуђача	Понуђена цена без ПДВ-а (у динарима)
1.	Vicor doo, Булевар маршала Толбухина 42, Београд	680.000,00

Назив понуђача коме се додељује уговор:

Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже наручиоцу да се уговор додели понуђачу:

Visor doo, Булевар маршала Толбухина 42, Београд

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

Да

Не

Назив/име подизвођача	Део уговора који ће реализовати подизвођач

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор додељује понуђачу Visor doo, Булевар маршала Толбухина 42, Београд, понуда бр. 01-3324/19 од 06.11.2019. године.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Поступак заштите права детаљно је регулисан одредбама чланова 138-167 Закона о јавним набавкама.

Директор

Др Стојан Вишекруна

